Studies	Sensitivity Estimate (95% C.I.)	Specificity Estimate (95% C.I.)
Nakata Hybritch	0.971 (0.867, 0.994)	0.998 (0.969, 1.000)
Sato Dianascreen	0.997 (0.952, 1.000)	0.998 (0.974, 1.000)
Mvere Dipstick PATH	0.906 (0.643, 0.981)	0.997 (0.960, 1.000)
Mvere SimpliRED	0.906 (0.643, 0.981)	0.997 (0.960, 1.000)
Abraham Virucheck	0.800 (0.600, 0.914)	0.971 (0.948, 0.984)
Abraham Quickchaser	0.760 (0.558, 0.888)	0.987 (0.968, 0.994)
Oh Genedia	0.977 (0.936, 0.992)	0.995 (0.926, 1.000)
Palmer Determine	0.966 (0.921, 0.986)	0.960 (0.914, 0.982)
Kaur Hepacard	0.927 (0.830, 0.971)	1.000 (0.997, 1.000)
Lien Dianascreen	0.996 (0.936, 1.000)	0.998 (0.963, 1.000)
Lien Determine	0.996 (0.936, 1.000)	0.998 (0.963, 1.000)
Lien Serodia	0.953 (0.897, 0.980)	0.998 (0.963, 1.000)
Raj Hepacard	0.826 (0.618, 0.933)	0.989 (0.980, 0.994)
Clement Binax NOW	0.998 (0.983, 1.000)	0.996 (0.985, 0.999)
Lau Binax NOW	0.949 (0.903, 0.974)	1.000 (0.997, 1.000)
Whang Daewoong	0.965 (0.906, 0.988)	0.995 (0.926, 1.000)
Whang Genedia	0.965 (0.906, 0.988)	0.995 (0.926, 1.000)
Cha Asan	0.786 (0.564, 0.912)	0.976 (0.713, 0.999)
Cha Genedia	0.833 (0.613, 0.940)	0.976 (0.713, 0.999)
Cha SD	0.643 (0.424, 0.815)	0.976 (0.713, 0.999)
Akanmu Binax NOW	0.938 (0.461, 0.996)	0.984 (0.925, 0.997)
Lin Determine	0.966 (0.942, 0.980)	0.999 (0.991, 1.000)
Lin DRW	0.984 (0.964, 0.993)	0.995 (0.988, 0.998)
Randrianirina Cypress	0.956 (0.889, 0.983)	0.954 (0.895, 0.981)
Randrianirina Determine	0.973 (0.911, 0.992)	0.995 (0.932, 1.000)
Randrianirina Hexagon	0.967 (0.903, 0.989)	0.954 (0.895, 0.981)
Randrianirina Virucheck	0.956 (0.889, 0.983)	0.972 (0.918, 0.991)
Torane Hepacard	0.435 (0.275, 0.611)	0.984 (0.789, 0.999)
Ola GWHB	0.932 (0.723, 0.986)	0.900 (0.326, 0.994)
Khan Accurate	0.500 (0.346, 0.654)	0.947 (0.706, 0.993)
Khan OneCheck	0.526 (0.371, 0.675)	0.975 (0.702, 0.998)
Franzeck Determine	0.942 (0.759, 0.988)	0.998 (0.969, 1.000)
Chemeera Cortez	0.583 (0.216, 0.876)	0.989 (0.849, 0.999)
Chemmera Onsite	0.750 (0.321, 0.950)	0.989 (0.849, 0.999)
Subgroup N (I^2=88% , P=0.000)	**0.926 (0.879, 0.955)**	**0.990 (0.984, 0.994)**
WHO Advanced	0.990 (0.932, 0.999)	0.944 (0.899, 0.970)
WHO Determine	0.990 (0.932, 0.999)	0.994 (0.961, 0.999)
WHO Doublecheck	0.990 (0.932, 0.999)	0.961 (0.920, 0.981)
WHO Genedia	0.985 (0.929, 0.997)	0.997 (0.957, 1.000)
WHO Hep B Stat−Pak	0.985 (0.929, 0.997)	0.997 (0.957, 1.000)
WHO Hepacard	0.990 (0.932, 0.999)	0.978 (0.942, 0.992)
WHO ImmunoComb II	0.990 (0.932, 0.999)	0.955 (0.913, 0.977)
WHO Rapid	0.990 (0.932, 0.999)	0.972 (0.934, 0.988)
WHO Serodia	0.985 (0.929, 0.997)	0.997 (0.957, 1.000)
WHO Unigold	0.985 (0.929, 0.997)	0.997 (0.957, 1.000)
Ansari Acon	0.983 (0.936, 0.996)	0.992 (0.943, 0.999)
Ansari Atlas	0.975 (0.925, 0.992)	0.975 (0.925, 0.992)
Ansari BlueCross	0.992 (0.943, 0.999)	0.983 (0.936, 0.996)
Ansari Cortez	0.983 (0.936, 0.996)	0.983 (0.936, 0.996)
Ansari DIMA	0.983 (0.936, 0.996)	0.992 (0.943, 0.999)
Ansari Intec	0.992 (0.943, 0.999)	0.975 (0.925, 0.992)
Davies Determine	0.981 (0.756, 0.999)	0.990 (0.862, 0.999)
ICBS Acon	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Assure	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Bioline	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Cassette	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Cypress	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Determine	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Equipar	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS HBsAg WB	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Hepacard	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Hep−Alert−B	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS HepaScan	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Hep−Check−I (Minclip)	0.942 (0.891, 0.970)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Hep−Check−I−Strip	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS i+LAB	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Line Test	0.942 (0.891, 0.970)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Newmarket	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Quick Chaser	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS Qucik Test	0.969 (0.925, 0.988)	0.998 (0.962, 1.000)
ICBS SD	0.976 (0.934, 0.992)	0.998 (0.962, 1.000)
Maity Hepacard	0.988 (0.833, 0.999)	0.992 (0.882, 0.999)
Maity SD	0.988 (0.833, 0.999)	0.992 (0.882, 0.999)
Maity Span	0.988 (0.833, 0.999)	0.992 (0.882, 0.999)
Bottero Determine	0.927 (0.811, 0.974)	1.000 (0.997, 1.000)
Bottero Quick Profile	0.905 (0.821, 0.952)	0.997 (0.995, 0.999)
Bottero VIKIA	0.965 (0.896, 0.989)	0.999 (0.997, 1.000)
Subgroup Y (I^2=0% , P=0.498)	**0.971 (0.965, 0.975)**	**0.994 (0.990, 0.996)**
Overall (I^2=83% , P=0.000)	**0.960 (0.946, 0.971)**	**0.992 (0.989, 0.994)**