

27 医研開第 3283 号
平成 28 年 3 月 8 日

慶應義塾大学
教授
里宇 明元 殿

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
理事長 末松 誠



「医療機器開発推進研究事業平成 28 年度 1 次公募」に係る
選考結果について

拝啓、時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、先般公募いたしました標記事業につきまして、御応募をいただき厚くお礼申し上げます。
応募のありました貴提案について、当機構において有識者による厳正な審査を行った結果、貴提案を別紙に示す通り、条件付採択することに決定いたしましたので、通知いたします。
今後とも当機構の実施する事業につきまして、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【受理番号】 3-06

【提案名】 「脳卒中後上肢麻痺に対する脳波-BMI リハビリテーションシステムの医師主導治験」

理由書

【提案】

受理番号 3-06

脳卒中後上肢麻痺に対する脳波—BMI リハビリテーションシステムの医師主導治験

【提案者名】

慶應義塾大学

【審査結果】

条件付採択

【理由】

ご提案内容を公募要領に示した審査基準に基づき、厳正かつ慎重に審査しました。

貴提案については、BMI リハビリシステムの実用化へ向けた着実な研究・開発実績をもとにした革新的医療技術・機器の開発と企業への導出が期待できることが評価されました。

【採択条件】

- 導出先であるパナソニック(株)エコソリューション社は製造販売業を持っていないので、製品化に向けて、平成 28 年度内に業許可等の方針を決めること。
- 到達目標について、AMED と相談し、より定量的な中間・最終目標を設定すること。
- AMED が提案した予算額で、事業の主旨及び提案内容を損なうことなく、適切に実施すること。