Figure 2


Total CLIA Anti-HCV Reactive: 75/86 (87.2%)
S/Co: <6 [34 (45.3%)]
HCV RNA performed in 12/34 (35.3%) cases
HCV RNA not performed in 22/34 (64.7%) cases
HCV RNA –ve in 7/12 (58.3%) cases
HCV RNA +ve in 5/12 (41.7%) cases
RDT 1 Reactive = 0 (0%)
RDT 2 Reactive = 2 (28.6%)
RDT 3 Reactive = 2 (28.6%)
RDT 1 Reactive = 2 (40%)
RDT 2 Reactive = 5 (100%)
RDT 3 Reactive = 2 (40%)
RDT 1 Reactive = 7 (31.8%)
RDT 2 Reactive = 10 (45.4%)
RDT 3 Reactive = 7 (31.8%)
Out of 34 total cases;
RDT1 Anti-HCV Reactive: 9/34 (26.5%)
RDT2 Anti-HCV Reactive: 17/34 (50%)
RDT3 Anti-HCV Reactive: 11/34 (32.3%)